

## **Elektro- tester Instrukcja**

### **Aby przedłużyć żywotność Twojego urządzenia i zapewnić właściwe odczyty**

- przechowuj urządzenie ze wskaźnikiem w pozycji OFF
- przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu, nienarażone na bezpośrednie działanie słońca
- nigdy nie zanurzaj końcówki testera płynie innym niż woda
- regularnie sprawdzaj stan baterii- urządzenie wymaga baterii alkalicznej AA 1.5 Volt

### **Czyszczenie końcówki testera**

- A. Regularnie czyścić końcówki testera przy użyciu papieru ściernego umieszczonego w zestawie.
- B. Myć końcówki w wodzie z mydłem, osuszać chusteczką.
- C. Przed użyciem odczekać 3-5 sekund

## **Kalibracja- wyznaczenie punktu kalibracji**

Przed pierwszym użyciem należy skalibrować urządzenie.

- A. Włóż baterie
- B. Przesuń włącznik w pozycję CL ( do miejsca oporu)
- C. Umieść końcówkę testera (do poziomu czarnego ogumienia) w wodzie basenowej  
Woda przed pierwszym użyciem musi być najpierw sprawdzona inną metodą i mieć optymalny poziom chloru wynoszący 1,5 PPM.
- D. Delikatnie poruszaj końcówką testera w wodzie i przesuń włącznik w prawo dopóki wskaźnik nie pokaże wartość 1,5 PPM
- E. Wyciągnij końcówki testera z wody bez przesuwania przełącznika. Igła wskaźnika poruszy się i przesunie się w prawo i zatrzyma na jednej z liter A-E. Uzyskany wynik to punkt kalibracji.

## **Testowanie poziomu chloru**

Rekomendowany poziom chloru dla basenów i SPA wynosi pomiędzy 1.2 do 1.7 ppm

- A. Przesuń przełącznik na lewo w stronę CL aż wskaźnik osiągnie punkt kalibracji.
  1. Możesz najpierw sprawdzić poziom chloru a później poziom PH. Jeśli chcesz ponownie testować poziom chloru – najpierw przesunąć wskaźnik na punkt kalibracji.
  2. Możesz sprawdzić poziom chloru i kontynuować sprawdzanie poziomu chloru wielokrotnie bez przesuwania wskaźnika w punkt kalibracji jeśli międzyczasie nie sprawdzasz poziomu PH.  
Rekomenduje się jednak czyszczenie końcówki testera po każdym sprawdzeniu wody.
- B. Trzymając elektroniczny tester w jednej dłoni a końcówkę testera w drugiej – zanurz końcówkę testera w wodzie (do poziomu czarnego ogumienia) . Delikatnie zamieszaj wodę końcówką testera – odczekaj 3-5 do odczytu.
- C. Pozostaw końcówkę testera w wodzie jeżeli chcesz przejść do odczytu poziomu PH.

---

### **Testowanie poziomu PH**

Rekomendowany poziom PH dla basenów i SPA wynosi pomiędzy 7.2-7.8.

- A. Z końcówką testera umieszczoną w wodzie, przesunij igłę wskaźnika w kierunku PH na czytniku, przesuwaj aż usłyszysz charakterystyczne „kliknięcie”. Igła powinna znaleźć się w neutralnej pozycji w polu „ideal”.
- B. Poczekaj aż igła zatrzyma się na odczycie PH.
- C. Delikatnie wysusz końcówkę testera i włóż z powrotem na miejsce przy testerze.